



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

50-345 WROCLAW, UL. CZERWONEGO KRZYŻA 5-9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl

Telefony:

Centrala:
071 371 58 10

Dyrektor:
071 371 58 11
fax. 071 328 10 93

Ekspedycja Krvwi:
071 371 58 26
071 328 10 93

Laboratorium:
071 371 58 31



Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
pod numerem
KRS: 0000334677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

ING Bank Śląski
Wrocław
Nr 91 1050 1575
1000 0023 1691 2753

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 11.08.2010 r.

Nasz znak AG/MP/26/16/P/2010

Uczestnicy - nr postępowania nr 16/P/2010

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane Zamawiającemu w postępowaniu nr 16/P/2010 na:

„Dostawa pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne dla RCKIK we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) udziela odpowiedzi na zadane pytanie z dnia 11-08-2010 r. o następującej treści:

Pytanie 1:

Czy z uwagi na to iż, w pojemnikach i wiadrach wykonywanych tworzywa (plastiku) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu gromadzony jest zużyty sprzęt medyczny zawierający elementy ostre takie jak: igły, które są po użyciu zainfekowane i co za tym idzie niebezpieczne w przypadkowym kontakcie (zakłuciu), oraz mając na uwadze odpowiednią dbałość o bezpieczne warunki pracy w odniesieniu do personelu RCKIK i jego właściwe zabezpieczenie przed przypadkowym, niezamierzonym kontaktem ze sprzętem potencjalnie zakaźnym. Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty wyników badań niezależnego laboratorium, stwierdzających klasę odporności na przekłucie oferowanych pojemników oraz wiader, wykonanych wg normy ASTM F2132, która mówi o wymaganiach dotyczących minimalnej siły przebicia w odniesieniu do pojemników przeznaczonych do gromadzenia ostrych niebezpiecznych odpadów medycznych.

Produkowane obecnie przez niektórych wytwórców pojemniki na odpady medyczne, pomimo że posiadają pozytywną opinię PZH w Warszawie, nie spełniają wymagań w zakresie dostatecznej odporności na przekłucie ze względu na zbyt cienkie ścianki. Odpowiednie tworzywo oraz grubość ścianek zastosowana w oferowanych pojemnikach, a co za tym idzie ich odporność na przebicie, wiąże się bezpośrednio z bezpieczeństwem pracy personelu RCKIK i osób wykonujących przemieszczanie zapelnionych pojemników i wiader ze użytym zainfekowanym sprzętem medycznym.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ nr 16/P/2010 określone w rozdz. III, pkt E) dotyczące wymaganych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
we Wrocławiu

lek. Ryszard Kozłowski
chirurg - specjalista transfuzjolog