



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany w Sądzie
Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu VI Wydział
Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod
numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

ING Bank Śląski Wrocław
Nr: 91 1050 1575 1000
0023 1691 2753



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:
FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 18.02.2013

Nasz znak: DZZ.MSP.26-5.P/2013

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5 m. 9
50-345 Wrocław

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa zestawów do pobierania i preparatyki krwi z filtrem antyleukocytarnym in-line przez okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” – nr sprawy 05/P/2013;

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści:

Pytanie 11:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie odpowiedzi na pytanie, które **dotyczy punktów Lp. 20 i 21 Wymagań Użytkownika Pkt I ppt. 2 o treści odpowiednio: „Dodatkowy dren przy pojemniku na UKKCz musi być oznaczony numerami w minimum 6 miejscach, umożliwiać wykonanie min. 6 pilotek (każda 10 cm długości)” i „Wyklucza się obecność króćca w miejscu uzyskiwania pilotek przy UKKCz. Składnik zawarty w pilotkach musi spełniać normy jakości zgodne z medycznymi zasadami poboru krwi i preparatyki (wykluczając wpływ ze strony dawcy).”**

Zamawiający wyraził zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Dodatkowy dren przy pojemniku na UKKCz musi być oznaczony numerami w minimum 6 miejscach, umożliwiać wykonanie min. 6 pilotek (każda 10 cm długości).

Oraz usuwa pkt LP. 21

Zamawiający dokonał modyfikacji zadanego przez nas pytania wskazując „dodatkowy dren przy pojemniku na UKKCz”.

Firma Fresenius Kabi, producent pojemników Composelect, które mamy zamiar zaoferować w niniejszym postępowaniu, oferuje rozwiązanie umożliwiające wykonanie 6 pilotek zgodne z praktyką podaną w *Medycznych zasadach pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi pod redakcją Magdaleny Łętowskiej.*

Rozwiązania wykorzystywane w pojemnikach Composelect umożliwiają wykonywanie pilotek na drenie pomiędzy filtrem a pojemnikiem do UKKCz bez potrzeby wykorzystywania w tym celu dodatkowego drenu.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9

W postępowaniu na zakup Pojemników poczwórnych góra-dół z filtrem in-line do KKCz (a więc takich samych jakie są przedmiotem niniejszego postępowania) organizowanym przez Zakład Zamówień Publicznych przy MZ Znak ZZP-67/11 z dnia 11.07.2011 dla RCKIK w Poznaniu i Białymstoku w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znalazł się następujący opis budowy fragmentu systemu pojemników (pkt 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ppt 8) :

Dren łączący pojemnik z KKCz z pojemnikiem odbiorczym na UKKCz/RW musi mieć wbudowany filtr antyleukocytny typu soft. łączna długość drenu około 100 cm, powinna zapewnić odpowiedni przepływ filtrowanego składnika. Dren przy pojemniku odbiorczym na UKKCz/ RW musi być oznaczony w minimum 4 miejscach, umożliwiać wykonanie min. 4 pilotek (pilotówek).

Opis taki nie dyskryminuje on żadnego z potencjalnych dostawców, ponieważ dopuszcza on dowolne umieszczenie drenu do wykonania pilotek. Dowodem na to jest fakt, że w w/w postępowaniu oferty złożyła nasza firma i firma Macopharma.

Zwracamy się w związku z tym do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie modyfikacji Zapisów SIWZ i zmianę treści punktu Lp. 20 na następującą lub analogiczną:

Dren przy pojemniku na UKKCz służący do wykonywania pilotek musi być oznaczony numerami w minimum 6 miejscach, umożliwiać wykonanie min. 6 pilotek (każda 10 cm długości).

Odpowiedź:

Zamawiający w piśmie z dnia 30-01-2013 dotyczącym odpowiedzi na odwołanie wyraził zgodę na zmianę w/w zapisu.

Z-ca Dyrektora ds. Logistyki
i Zarządzania Majątkiem
Pełnomocnik Dyrektora
Iwona Mrowiec - Pawlik