



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

ING Bank Śląski Wrocław
Nr: 91 1050 1575 1000 0023 1691 2753



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



Wrocław, dnia 10.04.2014

Nasz znak: DZZ.MP.26-11.P.1-2/2014

Uczestnicy postępowania nr 11/P/1-2/2014

Dotyczy: modyfikacji treści SIWZ nr 11/P/1-2/2014 w związku z odpowiedzią na pytanie zadane Zamawiającemu dn. 09.04.2014 r. w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Dostawa płynów fizjologicznych do zabiegów aferez w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu:

zadanie 1: dostawa pojemników z płynem ACD

zadanie 2: dostawa pojemników z 4% roztworem cytrynianu sodu”

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1, na podst. art. 38 ust.4 ustawy PZP ulegają zmianie zapisy w SIWZ nr 11/P/1-2/2014, a mianowicie:

- **w SIWZ nr 11/P/1-2/2014:**

1 - rozdz. I, zadanie 1 : dostawa pojemników z płynem ACD - tabela – kolumna środkowa - ulega zmianie opis przedmiotu zamówienia:

Było:

„Pojemnik typu viaflex z płynem ACD do konserwacji i preparatyki krwi do stosowania jako antykoagulant podczas zabiegów automatycznej aferezy.

Pojemnik – typu viaflex posiadający minimum jeden port do wklucia, pozwalający na podłączenie do zestawu do aferezy. Pojemnik musi umożliwiać zawieszenie na stojaku.

Materiał, z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzysty, szczelny, umożliwiający wizualną ocenę roztworu w pojemniku.

Na pojemniku lub indywidualnym opakowaniu widoczny kod kreskowy / kody kreskowe w celu zeskanowania danych dot. numeru katalogowego (REF.); numeru serii (LOT); daty ważności danego pojemnika.

Pojemność 500 ml”



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Jest:

„Pojemnik typu viaflex z płynem ACD do konserwacji i preparatyki krwi do stosowania jako antykoagulant podczas zabiegów automatycznej aferezy.

Pojemnik– typu viaflex posiadający minimum jeden port do wklucia, pozwalający na podłączenie do zestawu do aferezy. Pojemnik musi umożliwiać zawieszenie na stojaku.

Materiał, z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzysty, szczelny, umożliwiający wizualną ocenę roztworu w pojemniku.

Na pojemniku lub indywidualnym opakowaniu widoczny kod kreskowy / kody kreskowe w celu zeskanowania danych dot. numeru katalogowego (REF.); numeru serii(LOT).

Na każdym pojemniku lub indywidualnym opakowaniu pojemnika jest zamieszczona data ważności minimum w formie cyfrowej.

Pojemność 500 ml”.

2-rozdz.I, zadanie 2 : dostawa pojemników z 4% roztworem cytrynianu sodu - tabela – kolumna środkowa - ulega zmianie opis przedmiotu zamówienia:

Było:

„Roztwór cytrynianu sodu 4% w pojemnikach a ‘250 ml, stosowany do antykoagulacji krwi pełnej w zabiegach plazmaferezy automatycznej.

Pojemnik– typu viaflex posiadający minimum jeden port do wklucia, pozwalający na podłączenie do zestawu do plazmaferez. Pojemnik musi umożliwiać zawieszenie na stojaku.

Materiał, z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzysty, szczelny, umożliwiający wizualną ocenę roztworu w pojemniku.

Na pojemniku lub indywidualnym opakowaniu widoczny kod kreskowy / kody kreskowe w celu zeskanowania danych dot. numeru katalogowego (REF.); numeru serii (LOT); daty ważności danego pojemnika.

Pojemność 250 ml”.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Jest:

„Roztwór cytrynianu sodu 4% w pojemnikach a 250 ml, stosowany do antykoagulacji krwi pełnej w zabiegach plazmaferezy automatycznej.

Pojemnik– typu viaflex posiadający minimum jeden port do wklucia, pozwalający na podłączenie do zestawu do plazmaferez. Pojemnik musi umożliwiać zawieszenie na stojaku.

Materiał, z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzysty, szczelny, umożliwiający wizualną ocenę roztworu w pojemniku.

Na pojemniku lub indywidualnym opakowaniu widoczny kod kreskowy / kody kreskowe w celu zeskanowania danych dot. numeru katalogowego (REF.); numeru serii(LOT).

Na każdym pojemniku lub indywidualnym opakowaniu pojemnika jest zamieszczona data ważności minimum w formie cyfrowej.

Pojemność 250 ml”

Stosowne zmiany obowiązują w całej SIWZ wraz z załącznikami nr 11/P/1-2/2014

Z-ca Dyrektora/ds. Logistyki
i Zarządzania Majątkiem
Pełnomocnik Dyrektora
Iwona Mrowiec - Pawlik