



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ

zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

ING Bank Śląski Wrocław
Nr: 91 1050 1575 1000 0023 1691 2753



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 15.07.2014

Nasz znak: DZZ.MP.26-20.P/2014

Uczestnicy postępowania nr 20/P/2014

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu nr 20/P/2014 na „Dostawa odczynników, kart i krwinek wzorcowych do badań immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców i biorców krwi i jej składników mikrometodą kolumnową z wykorzystaniem technik automatycznej i manualnej wraz z dzierżawą stosownego sprzętu oraz dzierżawą systemu do zdalnej autoryzacji wyników badań serologicznych w okresie 36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania **z dnia 14-07-2014 r.** o następującej treści:

Pytanie 1:

Czy w związku z zobowiązaniem się Wykonawcy do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń będących przedmiotem zamówienia (pkt. 7 Formularza Oferta – załącznik nr 4 do SIWZ), Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty instrukcji obsługi analizatora i czytnika kart żelowych w formie elektronicznej na płycie CD (rozdz. III, pkt. E, ppkt. 5)?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg dołączenia do oferty instrukcji obsługi analizatora i czytnika kart żelowych nie określa formy w/w dokumentów. Zamawiający dopuszcza, aby w/w dokumenty były dołączone do oferty albo w formie papierowej albo w formie elektronicznej na płycie CD.

Pytanie2:

Prosimy o doprecyzowanie czy w poz. 21 Tabela nr 1 - Przedmiot zamówienia, Zamawiający ma na myśli 324 zestawy krwinek wzorcowych pulowanych do badania przeglądowego przeciwciał w PTA u dawców krwi (3 x 10 ml), dostarczanych w opakowaniach handlowych 3x10 ml co daje łączną liczbę 108 op. handlowych?



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ nr 20/P/2014 w poz. 21. Tabeli nr 1 – Przedmiot zamówienia - ujęto zestawy 3 x 10 ml krwinek wzorcowych pulowanych do badania przeglądowego przeciwciał w PTA u dawców krwi, co stanowi 324 pojedynczych ampulek.

Pytanie 3:


Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. 14 i 15 Tabela nr 1 - Przedmiot zamówienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań handlowych 24x12 szt. (288 szt.)?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ nr 20/P/2014 określone w poz.14 i 15 tabeli nr 1 – Przedmiot zamówienia.

Zamawiający dopuszcza opakowania handlowe 24x12 szt. (288 szt.) pod warunkiem zachowania wielkości zamówienia w tym zakresie.

p.o. Dyrektor


dr n. med. Małgorzata Szymczyk-Nużka
specjalista chorób wewnętrznych
i transfuzjologii klinicznej