



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:
SP ZOZ

zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

ING Bank Śląski Wrocław
Nr: 91 1050 1575 1000 0023 1691 2753



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:
FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 18.12.2014
Nasz znak: DZZ.MP.26-34.P/2014

Uczestnicy postępowania nr 34/P/2014

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane Zamawiającemu oraz modyfikacji SIWZ w postępowaniu nr 34/P/2014 pn.: „Dostawa 150 000 sztuk mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny w krwi włośniczkowej, krwi żyłnej, krwi kontrolnej, zewnętrznej kontroli jakości wraz z dzierżawą 14 sztuk hemoglobinometrów najnowszej generacji oraz materiałów zużywalnych do ich czyszczenia i konserwacji przez okres 36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie z dnia 17-12-2014 r. o następującej treści:

Pytanie 1:

W SIWZ rozdział I, pkt 3 w tabeli nr 1, poz. III/3 (wymagania dla przedmiotu zamówienia) nie sprecyzowano rodzaju czytnika do sczytywania kodów kreskowych dotyczących: donacji, operatorów, krwi kontrolnej, kuwety kontrolnej, komunikatów.

Czy w związku z powyższym w rozdziale X – KRYTERIA OCENY OFFERT, pkt 1 poz. 2 tabeli –Zamawiający dopuszcza hemoglobinometry z wewnętrznym (wbudowanym) czytnikiem spełniającym wymagania SIWZ wymienione w pkt 3/3 z maksymalną oceną 10 %?

Wbudowany czytnik kodów kreskowych spełnia wymagania dotyczące prawidłowego odczytu nr donacji, operatorów, krwi kontrolnej, i komunikatów. Uszkodzenie zewnętrznego czytnika wymaga podłączenia zewnętrznej klawiatury w celu wprowadzenia danych. W przypadku Systemu HemoCue nie ma takiej konieczności – operator może bezproblemowo wprowadzić wszystkie dane za pomocą funkcjonalnego ekranu dotykowego.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ nr 34/P/2014 określone w rozdz. I – tabela nr 1, poz. III/3 odnośnie wymagania przez Zamawiającego, aby zaoferowany przez Wykonawcę każdy hemoglobinometr był zaopatrzony w czytnik do sczytywania kodów kreskowych dotyczących: donacji, operatorów, krwi kontrolnej, kuwety kontrolnej i komunikatów.

Przy czym Zamawiający wyjaśnia, że nie określił rodzaju czytnika, czyli czy ma to być czytnik zewnętrzny, czy czytnik wewnętrzny (wbudowany).

Natomiast Zamawiający pragnie zaznaczyć, że określił kryteria oceny ofert w SIWZ oprócz ceny, m. in. kryterium oceny ofert p.n.: „parametry techniczne”.

Z tego kryterium wynika, że Zamawiający dodatkowo przyzna przy randze (R) 10% 10 pkt za zaoferowanie czytnika zewnętrznego do każdego hemoglobinometru w ofercie danego Wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia czytnika [zarówno czy to będzie czytnik zewnętrzny czy wewnętrzny (wbudowany)] Zamawiający wymaga usunięcia usterki w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia oraz walidacji przeprowadzonej przez autoryzowany serwis, zakończonej raportem (patrz SIWZ - rozdz. I, tabela nr 1, pkt IV, ppkt 3 i 5.)

W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej wykonywanie badań wykonawca dostarczy hemoglobinometr zastępczy na własny koszt i własnym transportem (patrz SIWZ - rozdz. I, tabela nr 1, pkt IV, ppkt 3 – zdanie trzecie).

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czytnika zewnętrznego do każdego hemoglobinometru, w momencie jego uszkodzenia powodującego uniemożliwienie sczytywania kodów kreskowych dotyczących: donacji, operatorów, krwi kontrolnej, kuwety kontrolnej i komunikatów,



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zastępczy czytnik zewnętrzny na własny koszt i własnym transportem.

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1, na podst. art. 38 ust.4 ustawy PZP ulegają zmianie zapisy w SIWZ nr 34/P/2014, a mianowicie:

- **w SIWZ nr 34/P/2014: rozdz. I - pkt 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania dla przedmiotu zamówienia, tabela nr 1 pkt IV, ppkt 3 dodają się kolejne zdanie :**

„W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czytnika zewnętrznego do każdego hemoglobinometru, w momencie jego uszkodzenia powodującego uniemożliwienie sczytywania kodów kreskowych dotyczących: donacji, operatorów, krwi kontrolnej, kuwety kontrolnej i komunikatów, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zastępczy czytnik zewnętrzny na własny koszt i własnym transportem”.


W związku z wprowadzoną zmianą powyżej pełny zapis w tabeli nr 1, pkt IV, ppkt 3 brzmi:

„Czas reakcji serwisu rozumiany jako konieczność dojazdu do Zamawiającego wynosi max 24 godziny (bez niedziel i świąt) od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia awarii/usterki. Możliwość zgłaszania awarii/usterki od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00, przy czym czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia (bez niedziel i świąt).

W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej wykonywanie badań wykonawca dostarczy hemoglobinometr zastępczy na własny koszt i własnym transportem.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czytnika zewnętrznego do każdego hemoglobinometru, w momencie jego uszkodzenia powodującego uniemożliwienie sczytywania kodów kreskowych dotyczących: donacji, operatorów, krwi kontrolnej, kuwety kontrolnej i komunikatów, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zastępczy czytnik zewnętrzny na własny koszt i własnym transportem”.

Stosowne zmiany obowiązują w całej SIWZ wraz z załącznikami nr 34/P/2014

p.o. Dyrektor

dr n. med. Małgorzata Szymczyk-Nużka
specjalista chorób wewnętrznych
i transfuzjologii klinicznej