



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10
Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

Wrocław, dnia 06.05.2016

Nasz znak: DZZ.MP.26-12.P/2016

Uczestnicy postępowania nr 12/P/2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane Zamawiającemu w postępowaniu nr 12/P/2016 na : „Dostawa filtrów antyleukocytnych –laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 6 miesięcy”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania z dn. 02-05-2016 r. o następującej treści:

Pytanie 1:

Dotyczy projektu umowy

Dotyczy § 5 ust. 5 - Wnosimy o sprecyzowanie zapisu, odnosząc go do zakresu przedmiotu dostaw, tj:

"W wyniku złej jakości składnika krwi powstałej na skutek potwierdzonej wady materiałowej lub jakościowej dostarczonych filtrów Wykonawca zostanie obciążony kosztami wyprodukowania danego składnika krwi w Centrum Krwiodawstwa i kosztami utylizacji a ponad to w przypadku konieczności zabezpieczenia realizacji zapotrzebowania na dany składnik Wykonawca zostanie obciążony kosztami wyprodukowania danego składnika krwi innym Centrum Krwiodawstwa, a także zostanie obciążony kosztami transportu na co Wykonawca wyraża zgodę."

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że poprzez złą jakość składnika krwi rozumie , że składnik krwi poddany procedurze filtracji nie spełnia parametrów kontroli jakości wynikających z „Medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujących w



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

*jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, Wydanie III,
Warszawa, 2014.*

Pytanie nr 2:


*Dotyczy § 6 ust. 6 - Wnosimy o doprecyzowanie zapisu umowy poprzez
dodanie sformułowania:*

*"Całkowity koszt procedury walidacji parametrów filtrów leży po stronie
Zamawiającego".*

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w § 6 ust. 6 projektu
umowy – załącznika nr 5 do SIWZ 12/P/2016.

Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu


Krzysztof Dworak