



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:

71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:

71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 05.08.2016

Nasz znak: DZZ.MSP.26-22.P/2016

Uczestnicy postępowania nr sprawy 22/P/2016

Dotyczy: zmiany treści SIWZ w postępowaniu na: „**Dostawę fabrycznie nowego samochodu do transportu krwi i jej składników dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu**”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Zmiana 1:

SIWZ, tytuł postępowania

Było:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu do transportu krwi i jej składników dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

Jest:

„Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów do transportu krwi i jej składników dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

Zmiana 2:

SIWZ, rozdział I przedmiot zamówienia pkt 3.1

Było:

Termin pełnej realizacji zamówienia nie później niż do 22-12-2016

Jest:

Termin pełnej realizacji zamówienia nie później niż do 14-12-2016

Zmiana 3:

SIWZ rozdział XI Rozliczenia finansowe

Pkt 1

Było:

Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez obie Strony protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

Jest:



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Podstawę do wystawienia faktury na dany pojazd stanowić będzie podpisany przez obie Strony protokół bezusterkowego odbioru danego pojazdu.

Pkt 2

Było:

Brak podpisanego przez obie Strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru oznacza brak możliwości wystawienia i przekazania faktury Zamawiającemu.

Jest:

Brak podpisanego przez obie Strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru danego pojazdu oznacza brak możliwości wystawienia i przekazania faktury Zamawiającemu na ten pojazd.

Dopisuje pkt 5 o następującej treści:

Środki finansowe na sfinansowanie zamówienia pochodzą z programu Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Zapewnienie odpowiednich warunków transportu, gwarantujących uzyskiwanie składników krwi najwyższej jakości”

Zmiana 4:

załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Tabela A, Pozycja 7

Było: rocznik pojazdu 2015 lub 2016

Jest: rocznik pojazdu 2016

Zmiana 5:

załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Tabela A

Dopisuje pozycję 33 o następującej treści:

Alternator min 140 A

Zmiana 6:

załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tabela B, Pozycja 13

Było:

pojazd winien być wyposażony w rejestrator temperatur dla poszczególnych komór z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym archiwizację pomiarów temp. wraz z drukarką. Rejestrator musi podawać niezależny pomiar i wydruk temperatur dla każdej komory z osobna. Każda komora musi posiadać dwa niezależne czujniki temperatury, usytuowane w odpowiedniej odległości od wentylatora i osłonięte przed uszkodzeniami mechanicznymi, a odczyt z każdego czujnika temperatury musi być widoczny w kabinie kierowcy

Jest:



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

pojazd winien być wyposażony w rejestrator temperatur dla poszczególnych komór z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym archiwizację pomiarów temp. wraz z drukarką. Rejestrator musi podawać niezależny pomiar i wydruk temperatur dla każdej komory z osobna. Każda komora musi posiadać dwa niezależne czujniki temperatury, usytuowane w odpowiedniej odległości od wentylatora i osłonięte przed uszkodzeniami mechanicznymi, a odczyt z każdego czujnika temperatury musi być widoczny w kabinie kierowcy i **siedzibie RCKiK we Wrocławiu (z funkcją alarmowania o przekroczeniu zadanej temperatury)**

Zmiana 7:

Załącznik nr 5 do SIWZ, umowa nr 22/P/2016

§2 ust. 1 , tabela, pozycja ilość:

Było:

1szt

Jest:

2szt

Zmiana 8:

Załącznik nr 5 do SIWZ, umowa nr 22/P/2016

§3 ust. 3

Było:

Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy Zamawiający może:

- a) odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając odpowiedni termin ich usunięcia nie przekraczający 14 dni,
- b) wyrazić zgodę na usunięcie wad w trakcie trwania odbioru.

Jest:

Jeżeli w trakcie odbioru danego pojazdu zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy Zamawiający może:

- a) odmówić odbioru danego pojazdu do czasu ich usunięcia, wyznaczając odpowiedni termin ich usunięcia nie przekraczający 14 dni,
- b) wyrazić zgodę na usunięcie wad danego pojazdu w trakcie trwania odbioru.

Zmiana 9:

Załącznik nr 5 do SIWZ, umowa nr 22/P/2016

§3 ust. 6



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Było:

Strony postanawiają, że w toku odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym ustalenia co do wad i terminu usunięcia wad.

Jest:

Strony postanawiają, że w toku odbioru będzie spisany protokół na każdy z pojazdów, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym ustalenia co do wad i terminu usunięcia wad w danym pojeździe.

Zmiana 10:

Załącznik nr 5 do SIWZ, umowa nr 22/P/2016

§3 ust. 9

Było:


Terminy gwarancji rozpoczynają bieg od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru, z uwzględnieniem postanowień ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

Jest:

Terminy gwarancji dla każdego z pojazdów rozpoczynają bieg od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru na dany pojazd, z uwzględnieniem postanowień ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

Wprowadzone zmiany treści obowiązują stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.

Zamawiający dołącza nowy wzór formularza ofertowego (załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach z dnia 05-08-2016) oraz nowy wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ po zmianach z dnia 05-08-2016).

Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu

Krzysztof Dworak