



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna: SP ZOZ

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

ING Bank Śląski Wrocław
Nr: 91 1050 1575 1000
0023 1691 2753



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:
FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 26.02.2013

Nasz znak: DZZ.MP.26-6.P/2013

Uczestnicy - nr postępowania nr 06/P/2013

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu nr 06/P/2013 pn.:

„Dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych oraz zestawów do pobierania i preparatyki krwi pełnej, w celu uzyskania końcowych składników : FFP, ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych, kożuszka leukocytarno- płytkowego wraz z dzierżawą niezbędnego wieloprogramowego urządzenia- 2 szt. do obsługi w/w dwóch rodzajów zestawów, w okresie 36 miesięcy” .”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania z dnia **22-02-2013** r. o następującej treści. :

Pytanie 1:

Pytanie do pkt. 3.3. SIWZ, Wymagania, Tabela nr1 - Część I pkt. 10, ppkt. 2:

Czy Zamawiający dopuści etykietę bez informacji na temat rodzaju płynu konserwującego i RW. Zestaw jednorazowego użytku do produkcji ubogoleukocytarnego zlewanego KKP nie zawiera płynu konserwującego i RW.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza etykietę bez informacji na temat rodzaju płynu konserwującego i RW.

W związku z powyższym zapis w tabeli nr 1 – część I pkt 10 ppkt 2 otrzymuje nsp. brzmienie:

„ informację o przeznaczeniu pojemnika”

Pytanie 2:

Pytanie do pkt. 3.3. SIWZ, Wymagania, Tabela nr1 – Część II pkt 28:

Czy Zamawiający dopuści płyn konserwujący CPD zamiast CPD-1.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza płyn konserwujący CPD zamiast CPD-1.

W związku z powyższym zapis w tabeli nr 1 – część II pkt 28 otrzymuje nsp. brzmienie:

„ Pojemnik macierzysty powinien zawierać płyn konserwujący CPD-1 lub CPD w ilości : 63-70 ml, przeznaczony do pobierania krwi w ilości 450ml ± 10%”



Pytanie 3:

Pytanie do pkt. 3.3. SIWZ, Wymagania, Tabela nr1 - Część III, pkt. 60:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaprogramowania 10 programów.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaprogramowania 10 programów.

W związku z powyższym zapis w tabeli nr 1 – część III pkt 60 otrzymuje nsp. brzmienie:

„Możliwość zaprogramowania min. 10 programów (temp., czas, siła wirowania, rozpędzanie, hamowanie), zabezpieczonych przed utratą danych, w przypadku braku zasilania.

Wybór i zmiana programu przez użytkownika bez konieczności udziału serwisu”.

Pytanie 4:

Pytanie do pkt. 4.2.1 SIWZ:

Prosimy o wyrażenie zgody na dostawę dzierżawionych urządzeń w ilości 2 szt. wraz z dodatkowym wyposażeniem w terminie 10 dni od podpisania umowy w zakresie realizacji określonej w pkt. 4.2.1. a)-c), na podstawie protokołu przekazania, zgodnie z pkt. 4.2.1.d), natomiast w zakresie pkt. 4.2.1.e) realizację transmisji danych oraz dostawę niezbędnego sprzętu (dotyczy - Części IV Wymagań, Tabela nr 1 ppkt.: 68-71) wraz z podłączeniem do systemu Bank Krwi do końca czerwca 2013

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę dzierżawionych urządzeń w ilości 2 szt. wraz z dodatkowym wyposażeniem w terminie 10 dni od podpisania umowy w zakresie realizacji określonej w pkt. 4.2.1. a)-c), na podstawie protokołu przekazania, zgodnie z pkt. 4.2.1.d), natomiast w zakresie pkt. 4.2.1.e) realizację transmisji danych oraz dostawę niezbędnego sprzętu (dotyczy - Części IV Wymagań, Tabela nr 1 ppkt.: 68-71) wraz z podłączeniem do systemu Bank Krwi do końca czerwca 2013.

W związku z powyższym zapis w pkt. 4.2.1 SIWZ otrzymuje nsp. brzmienie:

„dostawa **dzierżawionych urządzeń w ilości 2 sztuk wraz z dodatkowym wyposażeniem – 10 dni** od dnia podpisania umowy, przy czym za dostawę rozumie się:

- a) dostarczenie **2 szt.** w/w urządzeń, uruchomienie i zainstalowanie oprogramowania,
- b) wykonanie bezpłatnej udokumentowanej kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP, aneks15),
- c) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń,
- d) podpisanie protokołu przekazania zawierającego spełnienie warunków **z pkt a-c powyżej nie później niż do 10 dni** od dnia podpisania umowy,
- e) podłączenie do systemu „Bank Krwi” i zapewnienie prawidłowej transmisji danych do końca czerwca 2013”

Pytanie 5:

Pytanie do pkt. 3.5 ppkt. 5 SIWZ Gwarancja:

Czy Zamawiający dopuści czas przyjazdu i ustalenia usterek lub uszkodzeń **nie przekraczający 48 godzin** od momentu zgłoszenia?



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający dopuszcza czas przyjazdu i ustalenia usterek lub uszkodzeń **nie przekraczający 48 godzin** od momentu zgłoszenia tylko w przypadku gdy jedno z dwóch urządzeń jest niesprawne.

W związku z powyższym zapis w pkt. 3.5 ppkt. 5 SIWZ Gwarancja otrzymuje nsp. brzmienie:

„Okres gwarancji min.36 miesięcy na urządzenia. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji usterek lub uszkodzeń, czas przyjazdu i ustalenia usterek lub uszkodzeń nie może przekraczać 24 godziny od momentu zgłoszenia. Zamawiający dopuszcza czas przyjazdu i ustalenia usterek lub uszkodzeń **nie przekraczający 48 godzin** od momentu zgłoszenia tylko w przypadku gdy jedno z dwóch urządzeń jest niesprawne.

Czas niezbędny do ich usunięcia nie może przekraczać 3 dni od daty zgłoszenia. Możliwość przedłużenia umowy w zakresie dzierżawy max. o 12 miesięcy do czasu wykorzystania zestawów”.

Pytanie 6:

Pytanie do pkt. 3.5 ppkt. 5 SIWZ Gwarancja:

Czy Zamawiający dopuści czas niezbędny do ich usunięcia **nie przekraczający 7 dni od daty zgłoszenia?**

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące czasu niezbędnego do usunięcia usterek lub uszkodzeń w urządzeniach wynoszącego 3 dni od daty zgłoszenia.

Pytanie 7:

Pytanie do pkt. 3.5 ppkt. 5 SIWZ Gwarancja:

Prosimy o dopuszczenie w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego, czasu naprawy wynoszącego **14 dni od daty zgłoszenia?**

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji usterek lub uszkodzeń, czasu przyjazdu i ustalenia usterek lub uszkodzeń, który nie może przekraczać 24 godziny od momentu zgłoszenia. Zamawiający dopuszcza czas przyjazdu i ustalenia usterek lub uszkodzeń **nie przekraczający 48 godzin** od momentu zgłoszenia tylko w przypadku gdy jedno z dwóch urządzeń jest niesprawne.

Pytanie 8:

Pytanie do pkt. 3.8.2 SIWZ Serwis:

Czy Zamawiający dopuści dostępność serwisu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający dopuszcza dostępność serwisu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii tylko w przypadku gdy jedno z dwóch urządzeń jest niesprawne.

W związku z powyższym zapis w pkt. 3.8.2 ppkt 2 SIWZ Serwis otrzymuje nsp. brzmienie:

„serwis dostępny w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. Zamawiający dopuszcza dostępność serwisu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii tylko w przypadku gdy jedno z dwóch urządzeń jest niesprawne”.

Powyższe zmiany obowiązują stosownie w całej w SIWZ nr 06/P/2013 wraz z załącznikami.

DYREKTOR

lek. Ryszard Kozłowski
chirurg - specjalista trepanofuzjolog