



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl

centrum@rckik.wroclaw.pl

www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:

71 371 58 10

Dyrektor:

71 371 58 11

Sekretariat:

71 371 58 12

Fax:

71 328 17 13

Ekspedycja krwi:

71 371 58 26

71 328 10 93

Laboratorium:

71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ

zarejestrowany w Sądzie
Rejonowym dla

Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu VI Wydział
Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod
numerem

KRS: 0000034677

NIP: PL 898-18-53-248

REGON: 000291121

Konto bankowe:

ING Bank Śląski Wrocław

Nr: 91 1050 1575 1000

0023 1691 2753



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



Wrocław, dnia 27.06.2013

Nasz znak: DZZ.MP.26-20.P/2013

Uczestnicy - nr postępowania nr 20.P/2013

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu wraz ze zmianami w treści SIWZ w postępowaniu nr 20.P/2013 pn.: „Dostawa próbek do poboru krwi w systemie zamkniętym, próbek plastikowych jednorazowych oraz innych akcesoriów, tj. Zadanie 1 - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żyłnej wraz z korkami

Zadanie 2 - Artykuły jednorazowego użytku do badań serologicznych

Zadanie 3 - Ostrza jednorazowe do pobierania krwi włóścikowej

Zadanie 4 - Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi z drenów”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania z dnia 27-06-2013 r. o następującej treści. :

Pytanie 1:

Pytania dotyczące Zadania nr 2:

Pozycja III - Czy Zamawiający wyrazi zgodę dopuszczenie pipetek Pasteura o długości 155mm? Pragniemy nadmienić, iż różnica w długości 5 mm nie ma większego znaczenia użytkowego, bowiem ważniejszymi parametrami użytkowymi są: pojemność pipetki 3 ml, podziałka co 0,5 ml, wielkość kropli 40-50 ul. i te parametry pipetka o długości 155 mm spełnia.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie pipetek Pasteura o długości 155 mm, które będą spełniać pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego, tj.: pojemność pipetek z podziałką 2-3 ml, szerokie światło kapilary, pipetki skalowane z podziałką co 0,5 ml, wielkość kropli 40-50 ul

W związku z powyższym na podst. art. 38 ust.4 ustawy PZP ulegają zmianie zapisy w załączniku nr 1.1. – 1.4. do SIWZ -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - a mianowicie ulegają zmianie zapisy dot. wymagań w zadaniu 2: w pkt2, i otrzymują nsp. brzmienie:

Było:

„2. Pipeta Pasteura jednorazowego użytku niejałowa, z tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenia, o długości 150 mm, o pojemności 2- 3 ml, o szerokim świetle kapilary, skalowana z podziałką co 0,5 ml, wielkość kropli 40- 50 µl (poz. III.)”.

Jest:

„2. Pipeta Pasteura jednorazowego użytku niejałowa, z tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenia, o długości od 150 - 155 mm, o pojemności 2- 3 ml, o szerokim świetle kapilary, skalowana z podziałką co 0,5 ml, wielkość kropli 40- 50 µl (poz. III.)”.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9

Pytania dotyczące Zadania nr 3:

Czy Zamawiający wymaga ostrza igłowego? Jeśli tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie zakresu głębokości ostrza z 2,0 mm na 2,0-2,4 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający doprecyzowuje zapis dotyczący ostrza w zadaniu nr 3, tj. Zamawiający miał na myśli ostrze nożykowe o głębokości ostrza 2,0 mm, pozostałe wymagania dot. przedmiotu zamówienia z zadania 3 bez zmian.

Pytanie 3:

Pytania dotyczące Zadania nr 3:

Czy Zamawiający wymaga ostrza nożykowego? Jeśli tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie zakresu głębokości ostrza z 2,0 mm na 1,8-2,0 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający doprecyzowuje zapis dotyczący ostrza w zadaniu nr 3, tj. Zamawiający miał na myśli ostrze nożykowe o głębokości ostrza 2,0 mm, pozostałe wymagania dot. przedmiotu zamówienia z zadania 3 bez zmian.

Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie zakresu głębokości ostrza z 2,0 mm na 1,8-2,0 mm

W związku z powyższym na podst. art. 38 ust.4 ustawy PZP ulega zmianie załącznik nr 1.1. -1.4. do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dot. zadania nr 3: Ostrza jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej, a mianowicie:

Było:

Zadanie 3: Ostrza jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej

lp.	nazwa asortymentu	głębokość ostrza	ilość na 18 miesięcy w szt.
1.	Ostrza jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej w obudowie plastikowej posiadające system wymuszający wysuwanie ostrza na określoną głębokość i posiadające zabezpieczenia ostrza po dokonaniu nakłucia	2,0 mm	45 000

Wymagania:

1. Ostrze aktywowane przez kontakt z powierzchnią palca i automatycznie chowane do osłonki.
2. Użycie ostrza zapewnia uzyskanie kropli krwi o dużej objętości.
3. Użycie ostrza zapewnia brak bezpośredniego kontaktu z krwią dawcy.
4. Budowa i kształt ostrza zapobiega zakłuciu osoby pobierającej krew.
5. Urządzenie posiada ergonomiczny kształt zapewniający poczucie bezpieczeństwa, stabilności oraz wygodne utrzymanie urządzenia w ręce osoby pobierającej.
6. Ostrze posiada plastikową obudowę.



Jest:

Zadanie 3: Ostrza jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej

lp.	nazwa asortymentu	głębokość ostrza	ilość na 18 miesięcy w szt.
1.	Ostrza nożykowe jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej w obudowie plastikowej posiadające system wymuszający wysuwanie ostrza na określoną głębokość i posiadające zabezpieczenia ostrza po dokonaniu nakłucia	2, 0 mm	45 000

Wymagania:

1. Ostrze nożykowe aktywowane przez kontakt z powierzchnią palca i automatycznie chowane do osłonki.
2. Użycie ostrza nożykowego zapewnia uzyskanie kropli krwi o dużej objętości.
3. Użycie ostrza nożykowego zapewnia brak bezpośredniego kontaktu z krwią dawcy.
4. Budowa i kształt ostrza nożykowego zapobiega zakłuciu osoby pobierającej krew.
5. Urządzenie posiada ergonomiczny kształt zapewniający poczucie bezpieczeństwa, stabilności oraz wygodne utrzymanie urządzenia w ręce osoby pobierającej.
6. Ostrze nożykowe posiada plastikową obudowę.

Powyższe zmiany obowiązują stosownie w całej SIWZ nr 20.P/2013 wraz z załącznikami.

Z-ca Dyrektora ds. Logistyki
i Zarządzania Majątkiem
Pełnomocnik Dyrektora
Iwona Mrówiec - Pawlik