



# Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9

## Internet:

www.rckik.wroclaw.pl  
centrum@rckik.wroclaw.pl  
www.facebook.com  
/rckikwroclaw

## Telefony:

**Centrala:**  
71 371 58 10

**Dyrektor:**  
71 371 58 11

**Sekretariat:**  
71 371 58 12

**Fax:**  
71 328 17 13

**Ekspedycja krwi:**  
71 371 58 26  
71 328 10 93

**Laboratorium:**  
71 371 58 31

## Forma prawna:

SP ZOZ  
zarejestrowany w Sądzie  
Rejonowym dla  
Wrocławia – Fabrycznej  
we Wrocławiu VI Wydział  
Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego pod  
numerem  
KRS: 0000034677  
NIP: PL 898-18-53-248  
REGON: 000291121

## Konto bankowe:

ING Bank Śląski Wrocław  
Nr: 91 1050 1575 1000  
0023 1691 2753



Gepard Biznesu 2011

**Certyfikat:**  
FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 02.07.2013

Nasz znak: DZZ.MP.26-20.P/2013

## Uczestnicy - nr postępowania nr 20.P/2013

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu do SIWZ w postępowaniu nr 20.P/2013 pn.: „Dostawa próbek do poboru krwi w systemie zamkniętym, próbek plastikowych jednorazowych oraz innych akcesoriów, tj.

Zadanie 1 - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żyłnej wraz z korkami

Zadanie 2 - Artykuły jednorazowego użytku do badań serologicznych

Zadanie 3 - Ostrza jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej

Zadanie 4 - Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi z drenów”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania z dnia 01-07-2013 r. o następującej treści. :

## Pytanie 6:

### Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ostrza jednorazowe do pobierania krwi o głębokości ostrza 1,8mm lub 2,4mm?

## Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 27-06-2013 r. zamieszczonym na stronie internetowej : [www.rckik.wroclaw.pl/przetargi](http://www.rckik.wroclaw.pl/przetargi)(patrz - odpowiedzi na pytania nr2 i nr 3).

W związku powyższym Zamawiający nie dopuszcza ostrza jednorazowego do pobierania krwi o głębokości ostrza 1,8 mm lub 2,4 mm.

Zamawiający wymaga ostrza jednorazowego nożykowego o głębokości ostrza 2,00 mm.

## Pytanie 7:

### Zadanie 3, pozycja 1

Prosimy o doprecyzowanie czy oferowane ostrza jednorazowe do pobierania krwi są zadaniem do osobnego rozpatrywania i można złożyć ofertę tylko na to zadanie? Nasze wątpliwości wynikają z wymagań zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tj. pkt 2, 7, 8)



# Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9

## Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiajmy wyjaśnia, że punkty:2,7 i 8 znajdujące się w wymaganiach do asortymentu zawartego w zadaniach 1-4 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. 11-1.4. do SIWZ, odnoszą się do asortymentu złożonego z poszczególnych elementów. W przypadku ostrza jednorazowego nożykowego – zadanie 3 – jest to pojedynczy element, który nie musi być kompatybilny z pozostałym przedmiotem zamówienia dotyczącego zadania 1,2, i 4.

W związku z powyższym Wykonawca może złożyć ofertę tylko na to jedno zadanie nr 3., ale też może złożyć ofertę na pozostałe zadania.

## Pytanie 8:

### **Zadanie 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający uzna za wystarczające aby oferowane ostrza jednorazowe do pobierania krwi posiadały certyfikat CE, deklarację zgodności oraz certyfikat ISO oraz powiadomienie URPLW MiPB?

## Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące dokumentów wymienionych w rozdz. III, pkt E pod warunkiem, że dokumenty te będą dotyczyły przedmiotu zamówienia z zadania 3, tj. ostrza jednorazowego nożykowego o głębokości ostrza 2,00 mm.

DYREKTOR

*lek. Ryszard Kozłowski*  
chirurg - specjalista transfuzjolog