



# Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9

## Internet:

www.rckik.wroclaw.pl

centrum@rckik.wroclaw.pl

www.facebook.com  
/rckikwroclaw

## Telefony:

### **Centrala:**

71 371 58 10

### **Dyrektor:**

71 371 58 11

### **Sekretariat:**

71 371 58 12

### **Fax:**

71 328 17 13

### **Ekspedycja krwi:**

71 371 58 26

71 328 10 93

### **Laboratorium:**

71 371 58 31

## Forma prawna:

SP ZOZ

zarejestrowany w Sądzie  
Rejonowym dla  
Wrocławia – Fabrycznej  
we Wrocławiu VI Wydział  
Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego pod  
numerem

KRS: 0000034677

NIP: PL 898-18-53-248

REGON: 000291121

## Konto bankowe:

ING Bank Śląski Wrocław

Nr: 91 1050 1575 1000

0023 1691 2753



Gepard Biznesu 2011

## Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 09.09.2013

Nasz znak: DZZ.MSP.26-25.P.1-2

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
ul. Czerwonego Krzyża 5 m. 9  
50-345 Wrocław

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawa zgrzewarek do zgrzewania drenów przy pojemnikach do pobierania krwi i jej składników dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu:**

**zadanie 1: Dostawa zgrzewarek stacjonarnych z głowicą ręczną**

**zadanie 2: Dostawa zgrzewarek akumulatorowych przenośnych”**

**– nr sprawy 25/P/1-2/2013**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści:

### **Pytanie 1:**

Dot. Zadania 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zgrzewarki stacjonarnej z głowicą ręczną o masie całkowitej 3,75 kg (zespół główny-3,5 kg, głowica ręczna – 0,22kg) i spełniającej pozostałe wymagania

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zgrzewarki stacjonarnej z głowicą ręczną o masie całkowitej 3,75 kg (zespół główny-3,5 kg, głowica ręczna – 0,22kg) i spełniającej pozostałe wymagania

### **Pytanie 2:**

Dot. Zadanie 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu możliwości ładowania akumulatorów w trakcie pracy zgrzewarki/zgrzewania i dopuszczenie urządzenia spełniającego pozostałe wymagania.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgrzewarki bez możliwości ładowania akumulatorów w trakcie pracy zgrzewarki/zgrzewania spełniające pozostałe wymagania.

### **Pytanie 3**

Dot. Zadanie 1 pkt 2.2.1 i Zadanie 2 pkt 2.3.1.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9

Ponieważ dostarczane przez naszą firmę urządzenia posiadają paszport techniczny zawierający warunki udzielonej gwarancji (nie posiadamy karty gwarancyjnej jako osobnego dokumentu) prosimy Zamawiającego dopuszczenie takiego rozwiązania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dostarczenie wraz z dostawą zgrzewarek paszportu technicznego dla każdej zgrzewarki zawierającego warunki udzielonej gwarancji (kartę gwarancyjną ) zgodną z opisem zawartym w SIWZ. (Zadanie 1 pkt 2.2.1b i Zadanie 2 pkt 2.3.1b)

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający w zadaniu 2 – Zgrzewarki akumulatorowe przenośne – w punkcie 10 zaakceptuje urządzenie z jednym gniazdem, do którego podłączone są ładowarka lub zespół ręczny na zmianę, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zaakceptuje urządzenie z jednym gniazdem, do którego podłączone są ładowarka lub zespół ręczny na zmianę, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.

Z-ca Dyrektora ds. Logistyki  
i Zarządzania Majątkiem  
Pełnomocnik Dyrektora

*Iwona Mrowiec - Pawlik*