



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Internet:**

www.rckik.wroclaw.pl  
centrum@rckik.wroclaw.pl  
www.facebook.com  
/rckikwroclaw

**Telefony:**

Centrala:  
71 371 58 10

Dyrektor:  
71 371 58 11

Sekretariat:  
71 371 58 12

Fax:  
71 328 17 13

**Ekspedycja krwi:**

71 371 58 26  
71 328 10 93

**Laboratorium:**

71 371 58 31

**Forma prawna:**

SP ZOZ  
zarejestrowany  
w Sądzie Rejonowym dla  
Wrocławia – Fabrycznej  
we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem  
KRS: 0000034677  
NIP: PL 898-18-53-248  
REGON: 000291121

**Konto bankowe:**

ING Bank Śląski Wrocław  
Nr: 91 1050 1575 1000 0023 1691 2753



Gepard Biznesu 2011

**Certyfikat:**

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 06.05.2014  
Nasz znak: DZZ.MP.26-14.P.1-2/20

**Uczestnicy postępowania nr 14/P/1-2/2014**

**Dotyczy: modyfikacji treści SIWZ nr 14/P/1-2/2014 w związku z odpowiedzią na pytanie zadane Zamawiającemu dn. 05.05.2014 r. w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Dostawa pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne dla RCKIK we Wrocławiu przez okres 30 miesięcy, tj.:**

**Zadanie 1: dostawa pojemników jednorazowego użytku z tworzywa PP na odpady medyczne dla RCKIK we Wrocławiu**

**Zadanie 2: dostawa pojemników jednorazowego użytku z tektury falistej na odpady medyczne dla RCKIK we Wrocławiu”**

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1, na podst. art. 38 ust.4 ustawy PZP ulegają zmianie zapisy w SIWZ nr 14P/1-2/2014, a mianowicie:

- **w SIWZ nr 14/P/1-2/2014:**

**1 – załącznik 1.2 do SIWZ, zadanie 2 : - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - nr sprawy 14/P/1-2/2014 – wymagania względem przedmiotu zamówienia – strona 14:**

- **Było:**

**„1.Pojemniki na odpady medyczne wykonane z tektury falistej – wymagania:**

1. Pojemnik do bezpiecznego składowania odpadów medycznych o kodach: 18 01 02\* ; 18 01 03\* (oprócz igieł bez zabezpieczenia), wykonany z tektury falistej dodatkowo powlekaney warstwą celulozy, o podwyższonej wytrzymałości (+/-450g/m<sup>2</sup>”).

- **Jest:**

**„1.Pojemniki na odpady medyczne wykonane z tektury falistej – wymagania:**

1. Pojemnik przeznaczony do bezpiecznego składowania i transportu ręcznego odpadów medycznych o kodach: 18 01 02\* ; 18 01 03\* (oprócz igieł bez zabezpieczenia), wykonany z tektury falistej dodatkowo powlekaney warstwą celulozy, o podwyższonej wytrzymałości minimum 420 g/m<sup>2</sup>”.

**Stosowne zmiany obowiązują w całej SIWZ wraz z załącznikami nr 14/P/1-2/2014**

DYREKTOR

lek. Ryszard Kozłowski  
chirurg - specjalista z zakresu chirurgii