



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Internet:**

www.rckik.wroclaw.pl  
centrum@rckik.wroclaw.pl  
www.facebook.com  
/rckikwroclaw

**Telefony:**

Centrala:  
71 371 58 10

Dyrektor:  
71 371 58 11

Sekretariat:  
71 371 58 12

Fax:  
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:  
71 371 58 26  
71 328 10 93

Laboratorium:  
71 371 58 31

**Forma prawna:**

SP ZOZ  
zarejestrowany  
w Sądzie Rejonowym dla  
Wrocławia – Fabrycznej  
we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem  
KRS: 0000034677  
NIP: PL 898-18-53-248  
REGON: 000291121

**Konto bankowe:**

ING Bank Śląski Wrocław  
Nr: 91 1050 1575 1000 0023 1691 2753



Gepard Biznesu 2011

**Certyfikat:**

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 19.05.2014

Nasz znak: DZZ.MSP.26-16.P/2014

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawa 3 stanowiskowego systemu do szokowego mrożenia osocza w pięciu niezależnych cyklach, w pojemnikach o różnych pojemnościach dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” – nr sprawy 16/P/2014**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści:

**Pytanie 1:**

Co Zamawiający rozumie, przez automatyczne dodanie odpowiedniego atrybutu mrożenia do odpowiedniej klasy składnika? (Czy Zamawiający rozumie przez „automatyczne dodanie odpowiedniego atrybutu mrożenia do odpowiedniej klasy składnika”, oznaczenie osocza mrożonego do „X” godzin od donacji jednym atrybutem i powyżej „X” godzin kolejnym atrybutem? Z informacji uzyskanych przez nas wynika, że funkcja ta realizowana jest już automatycznie przez system Bank Krwi na podstawie przesłanych danych z zamrażarki)

Odpowiedź:

Zamawiający, przez automatyczne dodanie odpowiedniego atrybutu mrożenia do odpowiedniej klasy składnika, rozumie, że każde zamrożone osocze musi posiadać atrybut dotyczący czasu w jakim zostało zamrożone, tzn. od godziny donacji do godziny zakończenia mrożenia, a dodanie tego atrybutu powinno nastąpić automatycznie



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

podczas transmisji danych mrożenia z programu obsługującego proces mrożenia do systemu Bank Krwi.

Mamy dwa rodzaje osocza: E010 (osocze z krwi pełnej) i E012 (osocze z plazmaferezy).

Dla E010 występują następujące kombinacje:

- 1) E010 zamrożone do 8 godzin powinno otrzymać atrybut "zamrożono < 8h" (na dzień dzisiejszy atrybut dopisywany automatycznie )
- 2) E010 zamrożone między 8 a 24 godziny otrzymuje 2 atrybuty "zamrożono < 24h" oraz "do preparatyki/nie do użytku klinicznego" (na dzień dzisiejszy atrybut dopisywany automatycznie )
- 3) E010 zamrożone powyżej 24 godzin powinno otrzymać atrybut "zamrożono > 24h" (na dzień dzisiejszy atrybut nie jest dopisywany w sposób automatyczny)
- 4) E010 inaktywowane, czyli już posiadające atrybut inaktywacji zamrożone między 8 a 15 godzin powinno otrzymać atrybut "zamrożono < 15h" (na dzień dzisiejszy atrybut nie jest dopisywany w sposób automatyczny)

Dla E012 występują następujące kombinacje:

- 1) E012 zamrożone do 6 godzin powinno otrzymać atrybut "zamrożono < 6h" (na dzień dzisiejszy atrybut dopisywany automatycznie )
- 2) E012 zamrożone między 6 a 24 godziny otrzymuje 2 atrybuty "zamrożono < 24h" oraz "do preparatyki/nie do użytku klinicznego" (na dzień dzisiejszy atrybut dopisywany automatycznie )



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

3) E012 zamrożone powyżej 24 godzin powinny otrzymać atrybut "zamrożono > 24h" (na dzień dzisiejszy atrybut nie jest dopisywany w sposób automatyczny)

Zamawiający wymaga, aby dopisywanie atrybutów działało w pełnym zakresie.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza tworzenie raportów z każdego cyklu mrożenia (porcji mrożonego osocza) zamiast raportów dziennych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby była możliwość tworzenia zarówno raportów z każdego cyklu mrożenia, jak i zbiorczych raportów dziennych (spis wszystkich cykli z danego dnia z uwzględnieniem numeru zamrażarek, godzinami mrożenia, ilością pojemników z osoczem w danym cyklu, operatorami, ewentualnymi błędami).

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie wizji lokalnej w celu oszacowania kosztów prac budowlano-montażowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zorganizuje wizję lokalną w dniu 22 maja o godzinie 12:00. Zainteresowane osoby prosimy o zarejestrowanie swojego przybycia w sekretariacie RCKIK we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 we Wrocławiu, pokój S307A, II piętro, Kamienica. Wyznaczony pracownik wskaże Państwu miejsce instalacji przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR

*lek. Ryszard Kozłowski*  
chirurg - specjalista transfuzjolog