



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Internet:**

www.rckik.wroclaw.pl  
centrum@rckik.wroclaw.pl  
www.facebook.com  
/rckikwroclaw

**Telefony:**

Centrala:  
71 371 58 10

Dyrektor:  
71 371 58 11

Sekretariat:  
71 371 58 12

Fax:  
71 328 17 13

**Ekspedycja krwi:**

71 371 58 26  
71 328 10 93

**Laboratorium:**

71 371 58 31

**Forma prawna:**

SP ZOZ  
zarejestrowany  
w Sądzie Rejonowym dla  
Wrocławia – Fabrycznej  
we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem  
KRS: 0000034677  
NIP: PL 898-18-53-248  
REGON: 000291121

**Konto bankowe:**

ING Bank Śląski Wrocław  
Nr: 91 1050 1575 1000 0023 1691 2753



Gepard Biznesu 2011

**Certyfikat:**

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 11.03.2015

Nasz znak: DZZ.MSP.26-03.P.20

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zmiana treści SIWZ na: „Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych potrójnych góra-dół RW 450/ 1x400 do 450 ml i 1x 500 ml do pobierania i preparatyki krwi w ilości 130 000 szt w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” – nr sprawy 03/P/2015

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania z dnia 09-03-2015 o następującej treści:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw, którego pojemniki przeznaczone do przechowywania osocza i KKCz mają max objętość 600 ml a jednocześnie spełniają wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do wysokości i szerokości pojemnika?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści zestaw, którego pojemniki przeznaczone do przechowywania osocza i KKCz mają max objętość 600 ml a jednocześnie spełniają wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do wysokości i szerokości pojemnika.

Zamawiający w SIWZ w rozdziale I w „Wymaganiach bezwzględnych dotyczących przedmiotu zamówienia” w pkt 2 określił, że pusty pojemnik górny do produkcji i przechowywania FFP ma mieć objętość minimum a'500ml.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuść zestaw, którego dren łączący pojemnik macierzysty z pojemnikiem transferowanym (na KKCz) ma długość 44 cm ±6 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści zestaw, którego dren łączący pojemnik macierzysty z pojemnikiem transferowanym (na KKCz) ma długość 44 cm ±6 cm.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 0,5% na 0,2% wartości brutto danej dostawy niedostarczonej/ niewymienionej przez Wykonawcę w umówionym



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (dotyczy również zamówień na cito i zamówień w przypadku wstrzymania serii)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w załączniku nr 5 do SIWZ (projekt umowy) w §6 w pkt 1c.

**Pytanie 4:**

Dotyczy paragrafu 2 pkt. 4 projektu umowy

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie poniższego fragmentu, ponieważ ilość pojemników w opakowaniu zbiorczym jest różna w przypadku różnych producentów:

*„4. Każdy pojedynczy zestaw musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i apirogenności pojemników oraz odpowiednie warunki przechowywania. Zestawy muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii ~~i nie więcej niż 15 zestawów~~. Opakowania zbiorcze muszą być zapakowane w kartony transportowe, o ciężarze nie większym niż 15kg”.*


**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w załączniku nr 5 do SIWZ (projekt umowy) w § 2 w pkt 4 i 5 na następujący:

*4. Każdy pojedynczy zestaw musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i apirogenności pojemników oraz odpowiednie warunki przechowywania. Zestawy muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze zawiera zestawy tylko jednej serii. Waga zestawów w opakowaniu zbiorczym nie może być większa niż 10 kg.*

*5. Dopuszcza się możliwość, aby opakowania zbiorcze były jednocześnie kartonami transportowymi.*

Stosowne zmiany obowiązują w całym SIWZ wraz z załącznikami.

p.o. Dyrektor  
  
dr n. med. Małgorzata Szymczył-Nużka  
specjalista chorób wewnętrznych  
LTRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ