



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

ING Bank Śląski Wrocław
Nr: 91 1050 1575 1000 0023 1691 2753



Gepar Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 17.03.2015

Nasz znak: DZZ.MSP.26-03.P.201

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zmiana treści SIWZ na: „Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych potrójnych góra-dół RW 450/ 1x400 do 450 ml i 1x 500 ml do pobierania i preparatyki krwi w ilości 130 000 szt w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” – nr sprawy 03/P/2015

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie z dnia 13-03-2015 o następującej treści:

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści etykiety z kodami kreskowymi odpowiadającymi wymogom standardu ISBT 128 zamiast EAN 128?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści etykiety z kodami kreskowymi odpowiadającymi wymogom standardu ISBT 128.

Zamawiający zmienia w SIWZ w rozdziale I w Wymaganiach użytkownika pkt 24:

Było:

Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu EAN-128 i dające się odczytać przez aktualnie używane w RCKiK we Wrocławiu skanery (czytniki).


Jest:



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu EAN-128 lub ISBT 128 i dające się odczytać przez aktualnie używane w RCKiK we Wrocławiu skanery (czytniki).

Stosowne zmiany obowiązują w całym SIWZ wraz z załącznikami.

p.o. Dyrektor

dr n. med. Małgorzata Szymczyk-Nowka
specjalista chorób wewnętrznych
i transfuzjologii klinicznej