



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Internet:**

www.rckik.wroclaw.pl  
centrum@rckik.wroclaw.pl  
www.facebook.com  
/rckikwroclaw

**Telefony:**

Centrala:  
71 371 58 10

Dyrektor:  
71 371 58 11

Sekretariat:  
71 371 58 12

Fax:  
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:  
71 371 58 26  
71 328 10 93

Laboratorium:  
71 371 58 31

**Forma prawna:**  
SP ZOZ

zarejestrowany  
w Sądzie Rejonowym dla  
Wrocławia – Fabrycznej  
we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem  
KRS: 0000034677  
NIP: PL 898-18-53-248  
REGON: 000291121

**Konto bankowe:**

Bank Gospodarstwa Krajowego  
Oddział we Wrocławiu  
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

**Certyfikat:**

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 04.01.2016

Nasz znak: DZZ.MP.26-12.P/2015

**Uczestnicy postępowania nr 12/P/2015**

**Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane Zamawiającemu wraz z modyfikacją SIWZ w postępowaniu nr 12/P/2015 na:**

**„Dzierżawa na 48 m-cy automatycznych separatorów przeznaczonych do rozdziału krwi pełnej na 10 stanowisk dla Dz. Preparatyki Krwi w RCKiK we Wrocławiu”**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania z dni: 21-12-2015 r. i 22-12-2015 r. o następującej treści:

**Pytanie 2:**

Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do §8 ust. 1 wzoru umowy punktów o następującym brzmieniu:

- a) – d) (...)
- e) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
- f) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- g) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- h) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- i) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- j) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
- k) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

**Odpowiedź na pytanie nr 2 pkt e):**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące terminu wykonania umowy określone w SIWZ w rozdz. I w pkt 3.3.1.

**Odpowiedź na pytanie nr 2 pkt f):**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w załączniku nr 6 - projekcie umowy nr 12/P/2015 w §9 ust.3. dot. zobowiązania



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

informowania każdorazowo każdej ze Stron o zmianach osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 2 pkt g):**

Zamawiający dopuszcza zmianę numeru konta bankowego w trakcie obowiązywania umowy nr 12/P/2015, ale w rozumieniu Zamawiającego, powyższa zmiana nie jest zmianą określoną na podst. art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, i w związku z tym, nie zostanie dopisana przez Zamawiającego do §8 do ust.1 jako kolejny podpunkt projektu w/w umowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 2 pkt h):**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu.

**Odpowiedź na pytanie nr 2 pkt i):**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu.

**Odpowiedź na pytanie nr 2 pkt j):**

Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie katalogu zmian umowy 12/P/2015 określonych w §8, ust.1.o zmianę dotyczącą zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

**Odpowiedź na pytanie nr 2 pkt k):**

Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie katalogu zmian umowy 12/P/2015 określonych w §8, ust.1.o zmianę dotyczącą obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w SIWZ dot. przedmiotu umowy, t.j. w SIWZ – rozdz.I : pkt 3 i 4 oraz w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Pytanie nr 3:**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu przyjazdu do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki/ uszkodzeń w przypadku awarii dzierżawionego sprzętu

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający wyrażą zgodę o wydłużenie czasu przyjazdu do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki/uszkodzeń w przypadku awarii dzierżawionego sprzętu, ale tylko w sytuacji, w której ulegną usterce/uszkodzeniu urządzenia tylko maksymalnie z dwóch stanowisk, przy zachowaniu pełnej sprawności urządzeń z ośmiu pozostałych stanowisk. W pozostałych sytuacjach czas przyjazdu od momentu zgłoszenia usterki/ uszkodzeń w przypadku awarii dzierżawionego sprzętu wynosi 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia.

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy poprzez dzień roboczy Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Tak, Zamawiający wyjaśnia , że poprzez dzień roboczy Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania naprawy do 7 dni roboczych od momentu ustalenia usterek przez serwis.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania naprawy do 5 dni roboczych od momentu ustalenia usterek przez serwis, ale tylko w wyjątkowej sytuacji, w momencie niesprawności urządzeń maksymalnie na dwóch stanowiskach , przy zachowaniu pełnej sprawności urządzeń na pozostałych ośmiu stanowiskach. W pozostałych sytuacjach czas naprawy wynosi do 3 dni roboczych od momentu ustalenia usterek przez serwis.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Pytanie nr 6:**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu ostatniego zdania w §6 ust. 4 wzoru umowy na: „(...) Z tym, że w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie miesięcznego czynszu dzierżawnego Wykonawca naliczy odsetki za opóźnienie w płatności w wysokości odsetek przewidzianych w art. 359 § 2(1) Kodeksu Cywilnego, bez dodatkowego uprzedniego wezwania Zamawiającego na piśmie do zapłaty zaległości?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w §6 ust.4.wzoru umowy.

**Pytanie nr 7:**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §7 ust. 3 wzoru umowy na: „W sytuacji obciążenia Wykonawcy karą umowną Zamawiający wystawi Wykonawcy notę z terminem płatności 7 dni od daty jej otrzymania”.

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w §7 ust.3 wzoru umowy.

**Pytanie nr 8:**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych określonych w §7 ust. 1 pkt. b) – d) wzoru umowy z 200 zł na 100 zł.

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w §7 ust.1w pkt b) i d) wzoru umowy.

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar umownych określonych w §7 ust. 1pkt c) z 200 zł na 100 zł.

**Pytanie nr 9:**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §9 ust. 6 wzoru umowy na: „Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy”.

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w §9 ust.6.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Pytanie nr 10:**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy przez cały okres trwania dzierżawy oraz jego koszt jest po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie przedmiotu umowy jest po stronie Zamawiającego i na jego koszt przez cały okres trwania dzierżawy od protokolarnego przekazania urządzeń .

**Pytanie nr 11:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się zgłosić przedmiot dzierżawy do ubezpieczenia w dniu podpisania protokołu odbioru, oraz że przedstawi dowód zawarcia ubezpieczenia na sprzęt będący przedmiotem dzierżawy w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Zamawiający potwierdza, że zobowiązuje się zgłosić przedmiot dzierżawy do ubezpieczenia w dniu podpisania protokołu odbioru, oraz że przedstawi dowód zawarcia ubezpieczenia na sprzęt będący przedmiotem dzierżawy w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 12:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku niedotrzymania powyższego terminu Wykonawca będzie uprawniony do zawarcia ubezpieczenia na koszt Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby Wykonawca był uprawniony do zawarcia ubezpieczenia na koszt Zamawiającego.

**Pytanie nr 13:**

Prosimy Zamawiającego o dodanie ustępu 6 do §4 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w fakturze VAT”.

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ustępu 6 do §4 wzoru umowy o brzmieniu jak w pytaniu nr 13 powyżej.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Natomiast Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ustępu 6 do §4 wzoru umowy o nsp.brzmieniu:”6. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”

**Pytanie nr 14:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę sposobu płatności czynszu dzierżawnego wraz ze zmianą zapisu w §4 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: „Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty miesięcznego czynszu za dzierżawę przelewem na konto Wykonawcy z dołu w terminie do 20-go dnia następnego miesiąca na podstawie harmonogramu płatności czynszu dzierżawnego będącego załącznikiem do umowy. Tytułem zapłaty czynszu dzierżawnego Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu fakturę VAT. Obowiązek zapłaty pierwszego miesięcznego czynszu dzierżawy liczony jest od dnia następnego po terminie dostawy wskazanym w protokole odbioru, o którym mowa w § 3 ust.4.”.

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w § 4 ust. 4 wzoru umowy.

**Pytanie nr 15:**

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową?

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Zamawiający nie zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

**Pytanie nr 16:**

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Finansującemu w dniu podpisania umowy dzierżawy.

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Nie dotyczy w związku z odpowiedzią na pytanie nr 15.

**Pytanie nr 17:**

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Odpowiedź na pytanie nr 17:**

Nie dotyczy w związku z odpowiedzią na pytanie nr 15.

**Pytanie nr 18:**

Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

**Odpowiedź na pytanie nr 18:**

Zamawiający oświadcza, że posiada rachunki wyników oraz rachunki bilansu za rok 2013 i 2014 i zostaną one umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w formie skanu w sprawie nr 12/P/2015 .

Zamawiający nie posiada aktualnie bilansu za okres bieżący

**Pytanie nr 19:**

Prosimy o potwierdzenie, że koszt materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych pokrywać będzie Zamawiający.

**Odpowiedź na pytanie nr 19:**

Zamawiający oświadcza, że wszystkie koszty materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych pokrywać będzie w czasie trwania umowy Wykonawca. Zamawiający ma na myśli również wszystkie koszty związane z działaniami serwisu podczas trwania dzierżawy urządzeń będących przedmiotem umowy( np. koszt dojazdu serwisu, koszt delegacji serwisu).

**Pytanie nr 20:**

Prosimy o zmianę ostatniego zdania §5 ust.1 i nadanie mu brzmienia: "(...) Opłata za czynsz dzierżawny zostanie pomniejszona proporcjonalnie do czasu niesprawności urządzeń będących przedmiotem umowy jeżeli niesprawność spowodowana jest okolicznościami za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Czynsz dzierżawny nie zostanie pomniejszony w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego."



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Odpowiedź na pytanie nr 20:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w § 5 ust. 1 wzoru umowy.

**Pytanie nr 21:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pomniejszenia czynszu dzierżawnego, kary umowne wskazane w §7 ust.1 pkt c) i pkt d) nie będą naliczane.

**Odpowiedź na pytanie nr 21:**

Zamawiający oświadcza, że w przypadku pomniejszenia czynszu dzierżawnego kary wskazane w §7 ust.1 pkt c) i pkt d) będą naliczane.

**Pytanie nr 22:**

Prosimy o dodanie do wzoru umowy postanowienia: "Niezwłocznie po wygaśnięciu umowy Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy Przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym na koszt Zamawiającego. Uwzględnia się jedynie normalny stopień zużycia, który jest wynikiem prawidłowej eksploatacji Przedmiotu dzierżawy. Do czasu zwrotu Przedmiot dzierżawy pozostanie w bezpłatnym przechowaniu u Zamawiającego na jego ryzyko. Zwrot zostanie potwierdzony protokołem odbioru"

**Odpowiedź na pytanie nr 22:**

Zamawiający nie zgadza się na w/w zapis w pytaniu nr 22. Zwrot przedmiotu dzierżawy nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

**Pytanie nr 23:**

W przypadku braku zgody na powyższe postanowienie prosimy o wskazanie, w jaki sposób zostanie uregulowany zwrot Przedmiotu dzierżawy po zakończeniu umowy.





Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Odpowiedź na pytanie nr 23:**

Zamawiający oświadcza, że zwrot przedmiotu dzierżawy nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą na podstawie protokołu przekazania..

**Pytanie nr 24:**

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

***4.1.2. Uchwyt do komputera, klawiatury i myszy:***

*“Biorukowy uchwyt do komputera z możliwością bezinwazyjnego montażu (za pomocą klamry zaciskowej) do blatu roboczego. Instalacja komputera do uchwytu kompatybilnego ze standardem użytym przy komputerze. Dostosowany do udźwigu masy zaproponowanego komputera. Uchwyt powinien posiadać możliwość regulacji zarówno w pionie jak i poziomie. Dodatkowo wyposażony w ruchomą półkę na klawiaturę i mysz komputerową.”*

Na rynku nie są dostępne uchwyty do komputerów all-in-one wyposażone w ruchomą półkę na klawiaturę i mysz komputerową. Występujące na rynku uniwersalne uchwyty do bezinwazyjnego montażu przeznaczone są do monitorów. Komputery all-in-one wyposażone są we własną, stabilną podstawkę.

Czy zamawiający skłonny jest do rezygnacji z opisanych w SIWZ uchwytów na rzecz fabrycznej podstawki, stanowiącej wyposażenie komputera all-in-one?

**Odpowiedź na pytanie nr 24:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt.4.1.2. Wg wiedzy Zamawiającego na rynku polskim są co najmniej trzy firmy dostarczające rozwiązania opisane w SIWZ - załącznik nr 1 do SIWZ , pkt.4.1.2.

**Pytanie nr 25:**

Pytanie dotyczy wymiarów maksymalnych urządzenia określonych w pkt. 3.1 c) załącznika nr 1 do SIWZ



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 55 cm, którego ramię ruchome pracuje w rzucie pionowym urządzenia na wysokości od 55 cm do 69,5 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 25:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie urządzenia określonego w pkt. 3.1 c) załącznika nr 1 do SIWZ o maksymalnej wysokości do 69,5 cm

**Pytanie nr 26:**

Pytanie do pkt. 5.2 załącznika nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy w siedzibie Zamawiającego do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź na pytanie nr 26:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania naprawy do 5 dni roboczych od momentu ustalenia usterek przez serwis, ale tylko w wyjątkowej sytuacji, w momencie niesprawności urządzeń maksymalnie na dwóch stanowiskach, przy zachowaniu pełnej sprawności urządzeń na pozostałych ośmiu stanowiskach. W pozostałych sytuacjach czas naprawy wynosi do 3 dni roboczych od momentu ustalenia usterek przez serwis.

**Pytanie nr 27:**

Pytanie do pkt. 5.2 załącznika nr 1 do SIWZ

Prosimy o zgodę na zmianę zapisu SIWZ w zakresie dostarczenia urządzenia zastępczego na następujący:

„(...) Wykonawca jest zobowiązany zastąpić wadliwe urządzenie zastępczym o tych samych parametrach na czas naprawy w terminie do 3 dni roboczych od daty podjęcia próby bezskutecznej naprawy.”

Ze względu na specyfikę urządzenia i korzystanie z usług firm kurierskich prosimy o wydłużenie terminu.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Odpowiedź na pytanie nr 27:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dla Wykonawcy wynoszącego do 3 dni roboczych od daty podjęcia próby bezskutecznej naprawy

w celu zastąpienie wadliwego urządzenia zastępczym o tych samych parametrach na czas naprawy.

**Pytanie nr 28:**

Dotyczy punktu 3.1.podpunktu u) z załącznika nr 1 do SIWZ

Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie indywidualnych UPS dla każdej z pras?

**Odpowiedź na pytanie nr 28:**

Zamawiający nie wymagał indywidualnych UPS dla każdej z pras. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia indywidualnych UPS dla każdej z pras, które miałyby znajdować się na blacie roboczym ze względu na ograniczoną powierzchnię.

Zamawiający dopuszcza dostarczenie indywidualnych UPS dla każdej z pras, pod warunkiem, że będą one zamieszczone pod blatem roboczym i że w/w indywidualne UPS-y zmieszczą się w przestrzeni pod blatem roboczym. Zamawiający dysponuje następującą powierzchnią pod blatem roboczym:

- dwie przestrzenie odkryte pod blatem o następujących wymiarach: szerokość 120 cm x głębokość 40 cm x 65 cm wysokość

oraz dwie powierzchnie zamknięte drzwiczkami pod blatem roboczym o nsp. wymiarach: szerokość 50 cm x głębokość 52 cm x wysokość 62 cm.

**Pytanie nr 29:**

Dotyczy punktu 2.2 z załącznika nr 1 do SIWZ

Jakiego rodzaju transmisji danych z urządzenia do komputera, na którym zainstalowany jest system operacyjny Banku Krwi wymaga Zamawiający?

Transmisja winna być bezprzewodowa czy z wykorzystaniem kabli sieciowych LAN?



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Odpowiedź na pytanie nr 29:**

Zamawiający nie ma wymagań względem rodzaju transmisji danych z urządzenia do komputera, na którym zainstalowany jest system operacyjny Bank Krwi. Dla Zamawiającego transmisja może być zarówno bezprzewodowa albo z wykorzystaniem kabli sieciowych LAN. Najważniejsze dla Zamawiającego jest to, aby dana transmisja była skuteczna.

**W związku z odpowiedziami na nsp. pytania: nr 3, nr 5, nr 26, nr 27 , na podst. art. 38 ust.4 ustawy PZP ulegają zmianie zapisy w SIWZ nr 12/P/2015, a mianowicie:**

Zamawiający zmienia zapis w §5 ust.2 wzoru umowy, który otrzymuje nsp. brzmienie::

**Było:**

„2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości pracy na dzierżawionych separatorach wraz z dodatkowym wyposażeniem, w związku z tym Wykonawca w czasie trwania umowy zapewni bezpłatny autoryzowany serwis w/w urządzeń, tj. separatorów wraz z dodatkowym wyposażeniem, z możliwością zgłaszania awarii w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00, przy czym czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń w/w urządzeń Strony określają na 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia. Naprawa powinna być wykonana do 3 dni roboczych od momentu ustalenia usterek przez serwis. W przypadku poważnej awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu 3 dni roboczych w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zastąpić wadliwe urządzenie zastępczym o tych samych parametrach na czas naprawy w terminie do 2 dni roboczych od daty podjęcia próby bezskutecznej naprawy. Urządzenie zastępcze powinno być zwalidowane w siedzibie Zamawiającego oraz powinno posiadać ważny przegląd techniczny potwierdzony stosownymi dokumentami”.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Jest:**

„2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości pracy na dzierżawionych separatorach wraz z dodatkowym wyposażeniem, w związku z tym Wykonawca w czasie trwania umowy zapewni bezpłatny autoryzowany serwis w/w urządzeń, tj. separatorów wraz z dodatkowym wyposażeniem, z możliwością zgłaszania awarii w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00, przy czym czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń w/w urządzeń Strony określają na 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia;

**2.1.**Wyjątkiem od sytuacji opisanej powyżej w pkt 2. jest sytuacja, w której ulegną usterce/uszkodzeniu urządzenia tylko maksymalnie z dwóch stanowisk, przy zachowaniu pełnej sprawności urządzeń z ośmiu pozostałych stanowisk.

W tej sytuacji Strony określają czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń w/w urządzeń do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

**2.2.**Naprawa powinna być wykonana do 3 dni roboczych od momentu ustalenia usterek przez serwis. W przypadku poważnej awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu 3 dni roboczych w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zastąpić wadliwe urządzenie zastępczym o tych samych parametrach na czas naprawy w terminie do 3 dni roboczych od daty podjęcia próby bezskutecznej naprawy. Urządzenie zastępcze powinno być zwalidowane w siedzibie Zamawiającego oraz powinno posiadać ważny przegląd techniczny potwierdzony stosownymi dokumentami.

**2.3.**W wyjątkowej sytuacji, w momencie niesprawności urządzeń maksymalnie na dwóch stanowiskach, przy zachowaniu pełnej sprawności urządzeń na ośmiu pozostałych stanowiskach, Zamawiający ustala czas naprawy do 5 dni roboczych od momentu ustalenia usterek przez serwis. W przypadku poważnej awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu 5 dni roboczych w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zastąpić wadliwe urządzenie zastępczym o tych samych parametrach na czas naprawy w terminie do 3 dni roboczych od daty podjęcia próby bezskutecznej naprawy. Urządzenie zastępcze powinno być zwalidowane w siedzibie Zamawiającego oraz powinno posiadać ważny przegląd techniczny potwierdzony stosownymi dokumentami”.

**W związku z odpowiedziami na nsp. pytania: nr 3, nr 5, nr 8, nr 26, nr 27, na podst. art. 38 ust.4 ustawy PZP ulegają zmianie zapisy w SIWZ nr 12/P/2015, a mianowicie:**

Zamawiający zmienia zapis w §7 ust.1. wzoru umowy, który otrzymuje nsp. brzmienie::



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Było:**

„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 5% wartości ogółem przedmiotu umowy brutto, określonego w §4 .1.3, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z powodu okoliczności, o których mowa w § 6 ust.1a i b,

b) w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie automatycznych separatorów do rozdzielania krwi pełnej na 10 stanowisk wraz z wyposażeniem dodatkowym w przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy terminie realizacji spełnienia łącznie warunków wykonania zamówienia określonych w SIWZ – rozdz. I , pkt 3.3.1. – patrz załącznik ofertowy nr 5. do SIWZ – pkt 9.C.

c) w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie urządzenia zamiennego, o którym mowa w §5.ust.2,

d) w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usuwaniu zgłoszonej awarii urządzenia ponad termin określony w §5.ust.2 .”

**jest:**

„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 5% wartości ogółem przedmiotu umowy brutto, określonego w §4 .1.3, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z powodu okoliczności, o których mowa w § 6 ust.1a i b,

b) w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie automatycznych separatorów do rozdzielania krwi pełnej na 10 stanowisk wraz z wyposażeniem dodatkowym w przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy terminie realizacji spełnienia łącznie warunków wykonania zamówienia określonych w SIWZ – rozdz. I , pkt 3.3.1. – patrz załącznik ofertowy nr 5. do SIWZ – pkt 9.C.

c) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie urządzenia zamiennego, o którym mowa w §5.ust.2. 2. i ust. 2.3.

d) w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usuwaniu zgłoszonej awarii urządzenia ponad termin określony w §5.ust.2. i ust.2.1.”

**W związku z odpowiedzią na pytanie nr 13 , na podst. art. 38 ust.4 ustawy PZP ulegają zmianie zapisy w SIWZ nr 12/P/2015, a mianowicie:**

Zamawiający dodaje ustęp 6 po ust.5. w § 4wzoru umowy , który otrzymuje nsp. brzmienie::



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

„6. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”

**W związku z odpowiedzią na pytanie nr 25 , na podst. art. 38 ust.4 ustawy PZP ulegają zmianie zapisy w SIWZ nr 12/P/2015, a mianowicie:**

Zamawiający zmienia zapis w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ w pkt 3.1. ppkt c), który otrzymuje nsp. brzmienie::

**Było:**

„c) Wymiary maksymalne: szerokość do 80 cm, wysokość do 51 cm, głębokość do 54 cm – dotyczy automatycznego separatora do rozdziału krwi pełnej wraz z wyposażeniem dodatkowym , t. j. z niezbędnymi wagami do pomiaru objętości składników krwi– zestawu przeznaczonego dla 1 stanowiska”

**Jest:**

„c) Wymiary maksymalne: szerokość do 80 cm, wysokość do 69,5 cm, głębokość do 54 cm – dotyczy automatycznego separatora do rozdziału krwi pełnej wraz z wyposażeniem dodatkowym , t. j. z niezbędnymi wagami do pomiaru objętości składników krwi– zestawu przeznaczonego dla 1 stanowiska”

**W związku z odpowiedzią na pytanie nr 2k) , na podst. art. 38 ust.4 ustawy PZP ulegają zmianie zapisy w SIWZ nr 12/P/2015, a mianowicie:**

Zamawiający dodaje pkt e) do ust.1. w § 8 wzoru umowy , który otrzymuje nsp. brzmienie::

„e) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w SIWZ dot. przedmiotu umowy, t. j. w SIWZ – rozdz.l : pkt 3 i 4 oraz w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.”




Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Powyższe zmiany, określone powyżej, obowiązują stosownie w całej SIWZ wraz z załącznikami nr 12/P/2015.**

**W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, które zostały stosownie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 04-01-2016 r.**

**Po opublikowaniu w/w ogłoszenia w DUUE zostanie stosownie zamieszczone na stronie Zamawiającego [www.rckik.wroclaw.pl/](http://www.rckik.wroclaw.pl/)**

Dyrektor  
Regionalnego Centrum  
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza  
we Wrocławiu  
  
Krzysztof Dworak