



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Internet:**

www.rckik.wroclaw.pl  
centrum@rckik.wroclaw.pl  
www.facebook.com  
/rckikwroclaw

**Telefony:**

Centrala:  
71 371 58 10

Dyrektor:  
71 371 58 11

Sekretariat:  
71 371 58 12

Fax:  
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:  
71 371 58 26  
71 328 10 93

Laboratorium:  
71 371 58 31

**Forma prawna:**

SP ZOZ  
zarejestrowany  
w Sądzie Rejonowym dla  
Wrocławia – Fabrycznej  
we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem  
KRS: 0000034677  
NIP: PL 898-18-53-248  
REGON: 000291121

**Konto bankowe:**

Bank Gospodarstwa Krajowego  
Oddział we Wrocławiu  
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

**Certyfikat:**

Wrocław, dnia 06.04.2016

Nasz znak: DZZ.MSP.26-9.P/2016

**Uczestnicy postępowania nr sprawy 09/P/2016**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zmiany treści SIWZ na: „**Dostawę mebli laboratoryjnych, biurowych oraz innego umeblowania i wyposażenia wraz z montażem dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu**” – nr sprawy 09/P/2016

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania z dnia 04-04-2016 o następującej treści:

**Pytanie 2**

Uprzejmie proszę o potwierdzenie iż system Mebli wykonanych w profilach aluminiowych oraz metalowych został zastąpiony przez system mebli wykonanych z płyty meblowej bez żadnego wyjątku (nawet meble w których występuje blat konglomerat kwarcowo-granitowy). Czy zostanie poprawiony opis przedmiotu zamówienia czy potencjalni Wykonawcy mają to wykonać sami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie wykonania mebli w profilach aluminiowych oraz metalowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ.

**Pytanie 3**

Pokój nr 5 zabudowa 1A zarówno w odpowiedziach na pytania oraz opisie przedmiotu zamówienia występuje zabudowa 1a, natomiast z formularza asortymentowo cenowym który funkcjonuje jako załącznik do formularza cenowego taka pozycja jest usunięta, prosimy o potwierdzenie czy pozycja ma być ujęta w ofercie i czy formularz zostanie poprawiony przez Zamawiającego czy ma być poprawiony przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje pełnej wyceny przedmiotu zamówienia w pozycjach 1, 2 i 3 w pomieszczeniu nr 5. Pozycja 1A zawiera jedynie informacje dotyczące wymiarów blatów.



# Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

## **Pytanie 4:**

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 1.04.2016r. na pytanie Wykonawcy, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający podtrzymuje wykonanie wyposażenia w pomieszczeniach 18,6 oraz 20 w technologii profili aluminiowych 25x25mm zgodnie z opisem w załączniku nr 7 do SIWZ?

## **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wykonanie mebli w pomieszczeniach nr 6, nr 18 oraz nr 20 w technologii profili aluminiowych 25x25mm zgodnie z opisem w załączniku nr 7 do SIWZ.

## **Pytanie 5**

Czy Zamawiający odstąpi od wymagania złożenia przez producenta blatów wykonanych z konglomeratu granitowo- kwarcowego oświadczenia o odporności w/w blatów na promieniowanie UV?

## **Odpowiedź:**

Po przeanalizowaniu wyposażenia laboratorium, Zamawiający odstąpił od wymagania złożenia przez Wykonawcę oświadczenia producenta blatów wykonanych z konglomeratu granitowo- kwarcowego o odporności blatów na promieniowanie UV.

W następstwie odpowiedzi na pytanie 5 Zamawiający zmienia treść SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4, a mianowicie:

### **Zmienia się w rozdziale I pkt 1.3.4**

*Było:*

1.3.4. Blaty wykonane z konglomeratu granitowo-kwarcowego muszą posiadać wysoką odporność chemiczną, muszą być jednorodne w strukturze, nie ulegające rozwarstwieniu i pęcznieniu, odporne na promienie UV. Blaty muszą posiadać atest higieniczny oraz deklaracje producenta potwierdzającą wysoką odporność mechaniczną blatów zgodnie z w/w opisem.

*Jest:*

1.3.4. Blaty wykonane z konglomeratu granitowo-kwarcowego muszą posiadać wysoką odporność chemiczną, muszą być jednorodne w strukturze, nie ulegające rozwarstwieniu i pęcznieniu. Blaty muszą posiadać atest higieniczny oraz deklaracje producenta potwierdzającą wysoką odporność mechaniczną blatów zgodnie z w/w opisem.

### **Zmienia się w rozdziale III pkt E.5**

*Było:*

Oświadczenie producenta blatów wykonanych z konglomeratu granitowo-kwarcowego, że są odporne na środki chemiczne, są



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

jednorodne w strukturze, nie ulegają rozwarstwieniu i pęcznieniu i są odporne na promienie UV.

*Jest:*

Oświadczenie producenta blatów wykonanych z konglomeratu granitowo-kwarcowego, że są odporne na środki chemiczne, są jednorodne w strukturze, nie ulegają rozwarstwieniu.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w krzesłach i kozetkach tapicerki zmywalnej typu Skay o odporności na ścieranie 51 200 cykli wg testu Martindale?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału obiciowego w krzesłach, fotelach, sofach i kozetkach o odporności na ścieranie minimum 50 000 cykli Martindala.

W następstwie odpowiedzi na pytanie 6 Zamawiający zmienia treść SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4, a mianowicie:

**Zmienia się w rozdziale I pkt 1.3.3**

*Było*

1.3.3. Tkaniny zastosowane jako materiał obiciowy w krzesłach, fotelach, sofach, kozetkach muszą posiadać atest higieniczności, atest na trudnozapalność, muszą być odporne na ścieranie minimum 100 000 cykli Martindala.

*Jest:*

1.3.3. Tkaniny zastosowane jako materiał obiciowy w krzesłach, fotelach, sofach, kozetkach muszą posiadać atest higieniczności, atest na trudnozapalność, muszą być odporne na ścieranie minimum 50 000 cykli Martindala.

**Zmienia się w rozdziale III pkt E.4**

*było*

Atest odporności na ścieranie wg testu Martindala na min. 100 000 cykli na:

4a. tkaniny zastosowane jako materiał obiciowy w krzesłach, fotelach, sofach, kozetkach;

*Jest:*

Atest odporności na ścieranie wg testu Martindala na min. 50 000 cykli na:

4a. tkaniny zastosowane jako materiał obiciowy w krzesłach, fotelach, sofach, kozetkach;

W związku ze zmianą zapisów SIWZ Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert, a mianowicie:



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

**Zmienia się w rozdziale VI Termin i miejsce składania ofert w pkt 1**

Było:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie, pokój S307A, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 we Wrocławiu do dnia 06-04-2016 do godz. 10:00 lub przesać na adres Zamawiającego do wyznaczonego terminu.

Jest:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie, pokój S307A, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 we Wrocławiu do **dnia 11-04-2016 do godz. 10:00** lub przesać na adres Zamawiającego do wyznaczonego terminu

**Zmienia się w rozdziale VII Termin otwarcia ofert w pkt 1**

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06-04-2016 o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pok.S.406.

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 11-04-2016 o godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego w pok.S.406.

**Zmienia się w rozdziale VI Wadium w pkt 4**


Było:

Wadium może być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 06-04-2016 do godz. 10.00.

Jest:

Wadium może być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. **do 11-04-2016 do godz. 10.00.**

Udzielone odpowiedzi na pytania i wprowadzone zmiany treści obowiązują stosownie w całym SIWZ wraz z załącznikami.

Dyrektor  
Regionalnego Centrum  
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza  
we Wrocławiu  
  
Krzysztof Dworak