



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:
SP ZOZ

zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 10.08.2017

Nasz znak: DZZ.SZ.26-9.P/2017

Uczestnicy postępowania nr sprawy 09/P/2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa odczynników, kart, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców i biorców krwi i jej składników mikrometodą kolumnową z wykorzystaniem technik automatycznej i manualnej wraz z dzierżawą 2 szt. automatycznego analizatora wraz z dodatkowym wyposażeniem do wykonywania badań techniką manualną w okresie 36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu wraz z T. O. w Lubinie – nr sprawy 09/P/2017”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści:

Pytanie 13:

Pkt. 9 Tabeli nr 1.A

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie jakie fenotypy będzie weryfikował w ilości 6184 na okres 36 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający wyjaśnia, że weryfikacja fenotypów będzie przeprowadzana na mikrokartach do PTA z wykorzystaniem odczynników diagnostycznych stosowanych przez Zamawiającego.

Pytanie 14:

Pkt. 6.4 Tabeli nr 3 - Wymagania dla odczynników/kart/krwinek wzorcowych

Czy w przypadku zadeklarowania przez wykonawcę realizacji zamówień, przez cały czas trwania umowy, w terminie maksymalnie 8 dni roboczych, Zamawiający wymaga możliwości modyfikacji zamawianych ilości towarów (odczynników, kart i materiałów zużywalnych) przy każdym składanym zamówieniu?

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający wyjaśnia, że Zamawiający wymaga możliwości modyfikowania zamawianych ilości odczynników, kart i materiałów



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

zużywalnych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, przy każdym składanym zamówieniu.

Pytanie 15:

Pkt. 7.1 Tabeli nr 3 - Wymagania dla odczynników/kart/krwinek wzorcowych

Czy w przypadku zadeklarowania przez wykonawcę realizacji zamówień cito, przez cały czas trwania umowy, w terminie maksymalnie 4dni roboczych, Zamawiający wymaga możliwości modyfikacji zamawianych ilości towarów (odczynników, kart i materiałów zużywalnych) przy każdym składanym zamówieniu?

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający wyjaśnia, że Zamawiający wymaga możliwości modyfikowania zamawianych na cito ilości odczynników, kart i materiałów zużywalnych, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, przy każdym składanym zamówieniu.

Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu


Krzysztof Dworak