



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ
zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepar Business 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2015

Wrocław, dnia 07.01.2020
Nasz znak: DZPiZ.262.21.2019.MSP-5

Uczestnicy postępowania nr sprawy 21/P/2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa 10 000 szt. zestawów pojemników potrójnych pustych z pojemnikiem macierzystym o pojemności od 450 do 600 ml i z dwoma pojemnikami transferowymi w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” nr sprawy 21/P/2019

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytanie o następującej treści:

Pytanie 4:

Zamawiający przyzna dodatkowe 20 pkt. ofercie, w której Wykonawca oświadczy w załączniku nr 2 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym w pkt 4a, że zaoferowane zestawy pojemników potrójnych pustych posiadają dwa puste pojemniki transferowe, każdy o pojemności 400 ml., natomiast w nazwie i opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający pisze o "dwóch pojemnikach transferowych o pojemności od 450-600 ml."

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przyzna dodatkowe 20 pkt. ofercie, w której Wykonawca oświadczy w załączniku nr 2 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym w pkt 4a, że zaoferowane zestawy pojemników potrójnych pustych posiadają dwa puste pojemniki transferowe, każdy o pojemności nominalnej 600 ml.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Nadmieniam, iż oferowane przez reprezentowaną przez nas firmę zestawy, są z powodzeniem używane obecnie na rynku polskim, między innymi przez RCKiK Poznań.

Odpowiedź:

Zamawiający przyzna dodatkowe 20 pkt. ofercie, w której Wykonawca oświadczy w załączniku nr 2 do SIWZ - w Formularzu Ofertowym w pkt 4a, że zaoferowane zestawy pojemników potrójnych pustych posiadają dwa puste pojemniki transferowe, każdy o pojemności 400 ml.

Zamawiający poprawia błąd pisarski w Rozdziale I pkt 1 tiret 1:

Było:

Budowa: pojemnik macierzysty (główny) o pojemności od 450 do 600 ml do pobrania krwi pełnej z dwoma pojemnikami transferowymi o pojemności od 450 do 600 ml z drenem z dołączonym łącznikiem z uchwytem umożliwiającym przyłączenie probówek systemu próżniowego. Powinno być:

Budowa: pojemnik macierzysty (główny) o pojemności od 450 do 600 ml do pobrania krwi pełnej z dwoma pojemnikami transferowymi o pojemności od 400 do 600 ml z drenem z dołączonym łącznikiem z uchwytem umożliwiającym przyłączenie probówek systemu próżniowego.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy


mgr Jacek Blicharski